L/A/N/T
DENTAL

BUNE PRACTICI

pentru utilizarea îndelungată și fără probleme
pentru sterilizatorul rapid **STAT*IM***

1. **Curățați interiorul casetei** cel puțin o dată pe săptămână.
2. **Tratați întreaga suprafață interioară a casetei** cu agentul STAT-DRI pentru a permite apei să alunece, fără să se formeze picături.
3. **Utilizați STAT-DRI la fiecare 10 cicluri** și după fiecare curățare a casetei.
4. Curățați filtrul rezervorului de apă cel puțin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar.
5. **Curățați rezervorul prin evacuare**, urmată de curățare și clătire exclusiv cu apă distilată.
6. **Înlocuiți filtrul de aer la fiecare 6 luni**, astfel încât să mențineți un aport suficient de aer curat în timpul fazei de uscare.
7. **Înlocuiți filtrul bacteriologic la fiecare 6 luni** sau după 500 de cicluri.
8. **Înlocuiți garnitura casetei la fiecare 500 de cicluri** sau o dată la 6 luni, în funcție de situația care intervine prima, pentru a asigura o performanță optimă a sterilizatorului Statim.
9. **Utilizați doar apă distilată** care conține mai puțin de 5ppm în totalul solidelor dizolvate (având conductivitatea mai mică decât 10µS per cm) în Statim.
10. **Atenție!** Înainte să puneți instrumente la sterilizat, verificați cu deosebită grijă să nu rămână resturi de arcuri în articulațiile instrumentelor ortodontice.

SciCan Dental
Your Infection Control Specialist™

/lantdental +4 0749 850 171 | nick.lefter@lantdental.ro | **www.lantdental.ro**